

Zamawiający:

Fz.041.14.2022

Informacja o zmianie nr 1 treści Zapytania Ofertowego

Dotyczy: zapytania ofertowego na **Utworzenie Gminnego Punktu Rehabilitacji wraz z miejscem zdrowego wypoczynku – dostawa, montaż i rozruch wyposażenia,**

Zamawiający Gmina Narewka z siedzibą w Narewce, ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka w związku z prowadzonym w trybie o którym mowa w § 4 Zarządzenia Nr 263/2021 Wójta Gminy Narewka z dnia 16 grudnia 2021 w sprawie wprowadzenie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130.000,00 złotych netto, postępowaniem na wyłonienie Wykonawcy usługi w ramach zadania **Utworzenie Gminnego Punktu Rehabilitacji wraz z miejscem zdrowego wypoczynku – dostawa, montaż i rozruch wyposażenia,** udziela odpowiedzi na wniesione pytania:

**Treść pytań oraz treść udzielonych wyjaśnień brzmi następująco:**

Pytania wniesione w dniu 20.05.2022 r.

**Pytanie nr 1 cz. I Poduszka sensomotoryczna, szt. 2:**

„Czy Zamawiający dopuści do postępowania poduszkę o poniższych parametrach:

- Wysokość 65 mm
- Waga 1,05kg
- Pozostałe parametry bez zmian.”

**Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 2 cz. I Aparat do masażu stóp, szt.1:**

„Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat o poniższych parametrach:

- Wymiary: 23 x 31cm, wysokość 7,5 cm

Poniższe parametry bez zmian.”

**Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 3 cz. I Opaski obciążające – 0,5kg, 2 komplety:**

„Czy Zamawiający dopuści do postępowania opaski o poniższych parametrach:

- Materiał: neopren

Pozostałe parametry bez zmian.”

**Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 4 cz. I Opaski obciążające – 1kg, 2 komplety:**

„Czy Zamawiający dopuści do postępowania opaski o poniższych parametrach:

- Materiał: neopren”

**Odpowiedź na pytanie nr 4: Zamawiający dopuszcza.**

Pozostałe parametry bez zmian

**Pytanie nr 5 cz. I Drabinki gimnastyczne, szt. 2:**

„Czy Zamawiający dopuści do postępowania drabinki o poniższych parametrach:

- Wymiary 230cm x 67cm
- Materiał: bukowe drewno, metal
- Pozostałe parametry bez zmian.”

**Odpowiedź na pytanie nr 5: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 6 cz. I Opaski obciążające – 0,5kg, 2 komplety:**

„Czy Zamawiający dopuści do postępowania opaski o poniższych parametrach:

- Materiał: neopren

Pozostałe parametry bez zmian”

**Odpowiedź na pytanie nr 6: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 7 cz. I Stół do UGULa, szt. 1:**

„Czy zamawiający dopuści do postępowania stół o poniższych parametrach:

- Długość 202 cm
- Wysokość 50-101cm
- Szerokość 64 cm

Pozostałe parametry bez zmian.”

**Odpowiedź na pytanie nr 7: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 8 cz. I Parawan metalowy jednoczęściowy, szt. 1:**

„Czy Zamawiający dopuści do postępowania parawan o poniższych parametrach:

- Szerokość 1000mm
- Wysokość 1805mm
- Rozstaw nóżek 800mm
- Masa 5 kg

Pozostałe parametry bez zmian.”

**Odpowiedź na pytanie nr 8: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr. 9 cz. I Stół do pomieszczenia masażu, szt. 1:**

„Czy zamawiający dopuści do postępowania stół o poniższych parametrach:

- Długość 202 cm
- Wysokość 50-101cm
- Szerokość 64 cm
- Waga max 98kg

Pozostałe parametry bez zmian.”

Pytanie uszczegółowiono w dniu 23.05.2023:

„Czy zamawiający dopuści do postępowania stół o poniższych parametrach:

- Długość 202 cm
- Wysokość 50-101cm
- Szerokość 64 cm
- Waga stołu: 105 kg
- Maksymalne obciążenie: 200kg

Pozostałe parametry bez zmian.”

**Odpowiedź na pytanie nr 9: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 10 cz. I Aparat do masażu wibracyjnego – zamknięty obieg wody, szt.1:**

„Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat o poniższych parametrach:

- Pojemność robocza zbiornika 7-10 l
- Wymiary 63cm x 50 cm x 88 cm
- Masa 40 kg

Pozostałe parametry bez zmian.”

**Odpowiedź na pytanie nr 10: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 11 cz. I Półwałek rehabilitacyjny, szt. 7:**

„Czy Zamawiający dopuści do postępowania półwałek o poniższych parametrach:

- Wymiary – 60x15x10 cm

Pozostałe parametry bez zmian.”

**Odpowiedź na pytanie nr 11: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 12 cz. I Klin rehabilitacyjny, szt. 4:**

„Czy Zamawiający dopuści do postępowania półwałek o poniższych parametrach:

Wymiary – 40x30x12 cm

Pozostałe parametry bez zmian.”

**Odpowiedź na pytanie nr 12: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 13 cz. I Rotor rehabilitacyjny, szt. 1:**

„Czy Zamawiający dopuści do postępowania rotor o poniższych parametrach:

- Ćwiczenia kończyn dolnych i górnych
- Wymiary: 50 cm x 46 cm x 38 cm
- Waga: 8kg
- Rotor do postawienia bezpośrednio na podłodze/stole rehabilitacyjnym
- Zakres regulacji prędkości: 20-65 rpm
- Moc 60W

Pozostałe parametry bez zmian.”

Pytanie uszczegółowiono w dniu 23.05.2023:

Czy zamawiający dopuści do postępowania rotor o poniższych parametrach:

- Ćwiczenia kończyn dolnych i górnych
- Wymiary: 50 cm x 46 cm x 38 cm
- Waga: 8,5 kg
- Rotor do postawienia bezpośrednio na podłodze/stole rehabilitacyjnym
- Zakres regulacji prędkości w terapii pasywnej: 20-65 rpm
- Moc 60W – wymaga zasilania zewnętrznego
- Regulacja siły oporu magnetycznego w terapii aktywnej – 5 poziomów, bez oznaczenia oporu w kg.

Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź na pytanie nr 13: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 14.**

**„cz. II Aparat do elektroterapii 2 – kanałowy, powiększony zakres prądów szt.1:**

Czy zamawiający dopuści do postępowania aparat o poniższych parametrach:

- Wymiary: 355x150x255mm
- Cena obejmuje urządzenie oraz elektrody węglowe, elektrody samoprzylepne, przewody, opaski do mocowania, kabel zasilania, dysk zewnętrzny USB oraz przewodnik szybkiego startu.

Pozostałe parametry bez zmian.”

Pytanie uszczegółowiono w dniu 23.05.2023:

„Cena obejmuje aparat do elektroterapii oraz 4 szt. – elektrody węglowe (6cmx8cm), 4 szt. – elektrody samoprzylepne (okrągłe, 7cm), 2 szt. – przewody, 2 szt. – opaski do mocowania, 1 szt. – kabel zasilania, 1 szt. – dysk zewnętrzny USB, 1 szt. – przewodnik szybkiego startu”

**Odpowiedź na pytanie nr 14: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie nr 15 cz. II Aparat do terapii ultradźwiękowej, 1-kanałowy 1 szt.:

„Czy zamawiający dopuści do postępowania aparatem o poniższych parametrach:

- Wymiary: 355x150x340mm
- Cena obejmuje urządzenie oraz głowicę ultradźwiękową 5cm<sup>2</sup>, żel ultradźwiękowy, kabel zasilania, dysk zewnętrzny USB, przewodnik szybkiego startu.

Pozostałe parametry bez zmian.”

Pytanie uszczegółowiono w dniu 23.05.2023:

„Cena obejmuje aparat do ultradźwięków oraz 1 szt. – głowica ultradźwiękowa 5cm<sup>2</sup>, 1 szt. – żel ultradźwiękowy, 1 szt. – kabel zasilania, 1 szt. – dysk zewnętrzny USB, 1 szt. Przewodnik szybkiego startu”

**Odpowiedź na pytanie nr 15: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie nr 16 cz. II Aparat do laseroterapii, 1 -kanałowy 1 szt. :

„Czy zamawiający dopuści do postępowania aparatem o poniższych parametrach:

- Wymiary: 300 x 230 x 110 mm
- Zasilanie: 230 V, 50/60 Hz

Pozostałe parametry bez zmian.”

**Odpowiedź na pytanie nr 16: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie nr 17 cz. II ADL. Sonda laserowa punktowa, szt.1:

„Czy zamawiający dopuści do postępowania sondą o poniższych parametrach:

- Sonda do laseroterapii o mocy 400 mW i długości fali 808 nm

Pozostałe parametry bez zmian.”

**Odpowiedź na pytanie nr 17: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie nr 18 cz. II Aparat do magnetoterapii, szt. 1:

„Czy zamawiający dopuści do postępowania aparatem o poniższych parametrach:

- Wymiary: 335 x 270 x 125mm
- Waga: 4,7kg

Pozostałe parametry bez zmian.”

**Odpowiedź na pytanie nr 18: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 19 cz. II ADM. Mały solenoid – 1 szt.:**

„Czy zamawiający dopuści do postępowania solenoid o poniższych parametrach

- Mały solenoid od średnicy 315mm

Pozostałe parametry bez zmian.”

**Odpowiedź na pytanie nr 19: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 20 cz. II ADM. Stół do magnetoterapii z przesuwającym solenoidem – 1 szt.:**

„Czy zamawiający dopuści do postępowania stół o poniższych parametrach:

- Stół do magnetoterapii z przesuwającym solenoidem 600mm.

Pozostałe parametry bez zmian.”

**Odpowiedź na pytanie nr 20: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 21 cz. II Aparat do krioterapii – 1 szt.:**

„Czy zamawiający dopuści do postępowania aparat o poniższych parametrach:

- Wymiary 280 x 290 x 160 mm.
- Waga: 3kg
- Zakres temperatury : -65°C ÷ -75°C
- ????

Pozostałe parametry bez zmian.”

Pytanie uszczegółowiono w dniu 23.05.2023:

„Poniżej poprawione zapytanie dotyczące aparatu do krioterapii:

Czy zamawiający dopuści do postępowania rotor o poniższych parametrach:

- Wymiary wysokość – 64,5 cm, szerokość – 39,0 cm, głębokość – 68,0 cm
- waga 60 kg
- temperatura powietrza do -30 st. C.,

Pozostałe parametry bez zmian.”

**Odpowiedź na pytanie nr 21: Zamawiający dopuszcza.**

Zamawiający jednocześnie uszczegóławia, iż urządzenie aparatu do krioterapii powinno być urządzeniem funkcjonującym w obiegu chłodzenia, nie korzystającym ze skroplonych gazów (brak kosztów eksploatacyjnych związanych z zakupem ciekłego azotu lub dwutlenku węgla).

**Pytanie nr 22 cz. II Leżanka – 3 szt.:**

„Czy zamawiający dopuści do postępowania leżankę o poniższych parametrach:

- Wymiary 200x70x65cm.
- Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od 0 ° do + 35 °
- Waga 34 kg
- Dopuszczalne obciążenie: 200 kg

Pozostałe parametry bez zmian.”

#### **Odpowiedź na pytanie nr 22: Zamawiający dopuszcza**

#### **Pytanie nr 23 cz. II Szafka dedykowana pod urządzenia do fizjoterapii, 4 szt.:**

„Czy zamawiający dopuści do postępowania szafkę o poniższych parametrach:

- Stal malowana proszkowo z 4 kółkami transportowymi, wyposażony w hamulce.

Pozostałe parametry bez zmian.”

#### **Odpowiedź na pytanie nr 23: Zamawiający dopuszcza.**

Zamawiający jednocześnie uszczegóławia, iż przedmiotem odbioru jakościowego będzie **ergonomia** pracy z urządzeniami do fizykoterapii i leżankami – w szczególności mebel powinien mieścić się łącznie z meblem leżanki w przestrzeni boksu do fizykoterapii (szerokość ok. 1,50 m, długość ok. 2,0 m). Rozmiar blatu roboczego mebla powinien być tak dobrany, aby jego dostępna przestrzeń robocza była **dedykowana** do wymiarów urządzenia – tak aby zapewniała bezpieczeństwo użytkownika i pacjenta. Zamawiający wskazuje, iż pożądanym jest aby stosować rozwiązania i produkty wskazane przez producenta specjalistycznych urządzeń do fizjoterapii zamawianych w części II.

#### **Pytanie nr 24 cz. III Rower stacjonarny-pionowy, 1 szt.:**

„Czy Zamawiający dopuści do postępowania rower o poniższych parametrach:

- Wymiary po rozłożeniu (dł. X szer. X wys.): 119x55x137 cm
- 15 poziomów regulacji oporu
- Maksymalna waga użytkownika 130kg
- Waga 39kg
- Pomiary: czas, prędkość, dystans, kadencja (obr./min), tętno, kalorie, temperatura pomieszczenia

Pozostałe parametry bez zmian.”

#### **Odpowiedź na pytanie nr 24: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 25 cz. III Orbitrek, 2 szt.:**

„Czy Zamawiający dopuści do postępowania rower o poniższych parametrach:

- Wymiary po rozłożeniu (dł x szer x wys): 132x62x169cm
- Maksymalna waga użytkownika 130kg
- 15 poziomów regulacji oporu
- Pomiary: czas, prędkość, dystans, kadencja (obr./min), tętno, kalorie
- Waga: 60 kg
- Brak regulacji i ograniczeń zależnych od wzrostu użytkownika.

Pozostałe parametry bez zmian.”

### **Odpowiedź na pytanie nr 25: Zamawiający nie dopuszcza.**

Zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do ZO – oferowany sprzęt i wyposażenie powinny być przeznaczone do wykorzystania w obiektach użyteczności publicznej (dotyczy w szczególności fotel masujących i sprzętu fitness – rower, Orbitrek) – urządzenia powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty w tym zakresie.

### **ZMIANA TERMINU SKŁADANI I OTWARCIA OFERT**

W związku z powyższym Zamawiający zawiadamia, iż ulega zmianie treść zapytania ofertowego, następująco:

1. Zmiana terminu składania ofert.

Pkt. 15) zapytania ofertowego „Miejsce i termin składania ofert”:

„a) Ofertę należy złożyć do dnia **27.05.2022 r.** do godziny 10.00 (decyduje data wpływu do Zamawiającego w następujący sposób:”

Zamawiający informuje, iż w związku z upływającym terminem składania ofert kolejne wnioski o wyjaśnienie treści ZO pozostaną bez rozpatrzenia.

Udzielone odpowiedzi na pytania do treści ZO zostaną opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania w terminie umożliwiającym Wykonawcom złożenie ofert uwzględniających wszystkie wymagania Zamawiającego.

Pozostałe warunki i wymagania określone w Zapytaniu Ofertowym pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców i stanowią integralną część Zapytania Ofertowego.